ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
_____Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "20" 01 2025 року № 2025/04/164

Об'єкт експертизи: Пароочисники типу SC-233L, модель VAPORO BUGGY

виготовлений у відповідності із нормативними документами виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 8424

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: "Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG", Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen, Germany, Німеччина
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "ТОМАС-УКРАЇНА", Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, код за ЄДРПОУ 30978292
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень напруженості електричного поля 50 Гц – 0,5 кВ/м; відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 р., № 239. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами експертизи: Пароочисники типу SC-233L, модель VAPORO BUGGY відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець
д-р біолог. наук

(підпис)

Ольга ЛЕОНЕНКО
(ім'я та прізвище)